



Zdravstveno-ekološki odjel

**PLAN UMJERAVANJA ANALIZATORA
INA d.d. RAFINERIJE NAFTE RIJEKA**

Oznaka dokumenta:
OB 5.6/1-1/3-200

Izdanje/revizija: 1/0

Strana/stranica: 1/1

Z-210/3

R. br.	Mjerna postaja	Analizator	Parametar	Zadnje umjerav.	Potvrda broj	Slijedeće umjerav.	Realiz
1.	Urinj	APSA-370	SO ₂	22.04.2016.	47/2016	04/2017	DA
2.	Urinj	APSA-370 CU	H ₂ S	02.05.2016.	57/2016	05/2017	DA
3.	Urinj	APNA-370	NO _x	30.03.2016.	25/2016	04/2017	DA
4.	Urinj	APNA-370/CU2	NH ₃	01.06.2016.	77/2016	06/2017	DA
5.	Urinj	APMA-370	CO	11.04.2016.	39/2016	04/2017	DA
6.	Urinj	APDA-371*	PM ₁₀	11.03.2016.	PM-8/2016	03/2017	DA
7.	Urinj	APDA-371*	PM _{2,5}	11.03.2016.	PM-9/2016	03/2017	DA
8.	Urinj	airmoBTX	C ₆ H ₆	20.07.2016.	115/2016	07/2017	DA
9.	Urinj	airmoMEDOR	R-SH	26.07.2016.	124/2016	07/2017	DA
10.	Urinj	Leckel SEQ 47/50*	metali/PM ₁₀	19.05.2016.	PM-21/2016	05/2017	DA
11.	Paveki	APSA-370	SO ₂	29.04.2016.	54/2016	05/2017	DA
12.	Paveki	APSA-370 CU	H ₂ S	22.04.2016.	48/2016	04/2017	DA
13.	Paveki	APNA-370	NO _x	30.03.2016.	26/2016	04/2017	DA
14.	Paveki	APOA-370	O ₃	19.02.2016.	11/2016	02/2017	DA
15.	Paveki	APMA-370	CO	11.04.2016.	43/2016	04/2017	DA
16.	Paveki	APDA-371*	PM ₁₀	11.03.2016.	PM-6/2016	03/2017	DA
17.	Paveki	APDA-371*	PM _{2,5}	11.03.2016.	PM-7/2016	03/2017	DA
18.	Paveki	airmoBTX	C ₆ H ₆	20.07.2016.	117/2016	07/2017	DA
19.	Paveki	airmoMEDOR	R-SH	26.07.2016.	123/2016	07/2017	DA
20.	Paveki	Leckel SEQ 47/50*	metali/PM ₁₀	19.05.2016.	PM-22/2016	05/2017	DA
21.	Vrh Mart.	APSA-370 CU	H ₂ S	22.04.2016.	49/2016	04/2017	DA
22.	Vrh Mart.	airmoBTX	C ₆ H ₆	20.07.2016.	118/2016	07/2017	DA
23.	Krasica	APSA-370	SO ₂	18.05.2016.	72/2016	05/2017	DA
24.	Krasica	APNA-370	NO _x	30.03.2016.	27/2016	04/2017	DA
25.	Krasica	APOA-370	O ₃	19.02.2016.	12/2016	02/2017	DA
26.	Krasica	APSA-370 CU	H ₂ S	22.04.2016.	51/2016	04/2017	DA
27.	Krasica	airmoBTX	C ₆ H ₆	20.07.2016.	116/2016	07/2017	DA

* - provjera sa referentnim folijama i umjerenim mjeranjem protoka

	Ime i prezime	Funkcija	Potpis	Datum
Izradio:	Goran Crvelin	Voditelj odsjeka		12.09.2016.
Kontrolirao:	Izabel Crnković-Milić	Tehnička voditeljica		12.09.2016.
Odobrio:	Aleksandar Bulog	Voditelj odjela		12.09.2016.